

# 单一来源采购专业人员论证意见

主管预算单位	南充市卫生健康委员会										
采购单位	南充市第四人民医院										
项目名称	南充市第四人民医院 GS-30718 球管设备采购项目										
项目背景	<p>一、背景介绍</p> <p>南充市第四人民医院坐落于南充市顺庆区府街 52 号，始建于 1943 年，是深受百姓喜爱的老牌名院。医院现有三个院区 [府街院区、舞凤分院、临江院区]，占地 60 余亩，是川东北片区唯一的一所公立二级甲等妇儿专科医院。</p> <p>二、功能和目标</p> <p>科室现有深圳安科高技术股份有限公司生产的 X 射线计算机体层摄影设备（型号 ANATOM 64 Fit），该设备主要用于头部、颈部、肺部、腹部、泌尿系统等临床检查，因该设备中的球管已达到使用寿命，无法正常使用，本着充分利用现有设备，开源节流，现更新 GS-30718 球管，该设备为医用 X 线发生装置，管芯为金属管芯，运行稳定，安全耐用，能够更好地满足临床检查的需要。该设备单一匹配，专机专用，其他品牌无法匹配。</p> <p>三、设备基本参数</p> <table border="1"><thead><tr><th>名称</th><th>参数</th></tr></thead><tbody><tr><td>标称管电压</td><td>150kV</td></tr><tr><td>标称阳极输入功率</td><td>大焦点：48kW，小焦点：29kW</td></tr><tr><td>阳极热容量</td><td>3.5MHU</td></tr><tr><td>阳极最大热耗散</td><td>3.5kW</td></tr></tbody></table>	名称	参数	标称管电压	150kV	标称阳极输入功率	大焦点：48kW，小焦点：29kW	阳极热容量	3.5MHU	阳极最大热耗散	3.5kW
名称	参数										
标称管电压	150kV										
标称阳极输入功率	大焦点：48kW，小焦点：29kW										
阳极热容量	3.5MHU										
阳极最大热耗散	3.5kW										

焦点尺寸	大焦点：1.2mm×1.4mm， 小焦点：0.7mm×0.8mm
阳极转速	≥9600RPM
阳极靶面直径	140mm
靶角	7°
阳极类型	旋转阳极
轴承类型	滚珠轴承
最长螺旋扫描时间	≥120s
飞焦点（x 向 z 轴偏移）	无

综上，更新设备具有特定性，匹配性，因此拟以单一来源方式采购，以满足科室日常的检查。

专业人员 论证意见	<p>球管是CT机器的核心部件，而 装CT球管可实现CT机可靠性和 兼容性，进而使质量更佳。为保证设备的 可靠性、兼容性、稳定性及可靠性 最大程度发挥CT机使用性能及病 人检查需要，建议采用单一来源采 购方式采购。该方式采购符合政府 采购法第三十一条第二项规定。</p>			
姓名	吴亚东	工作 单位	佛山市中医院	职称 主任



# 四川省政府采购评审专家



姓名：吴爱琼

身份证号：512901196406041641

证书编号：SC1310100

当前状态：资格正常

职称信息：副主任护师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网 (<http://www.ccgpsichuan.gov.cn/>)。

