采购需求

一、项目概述

南充市农业农村局拟采购**2022年省级重大动物疫病应急储备物资**一批，本项目为1个包。

二、技术要求

序号	物资名称	规格及参数要求	数量	单位
1	医用外科口罩	1、无菌、独立包装，符合YY0469《医用外科口罩技术要求》标准。 2、收到货时，有效期≥20个月。 3、平面耳挂式，17.5cm×9.5cm 允差:±5% 。 4、合成血液穿透：2mL合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。 5、细菌过滤效率（BFE):口罩的细菌过滤效率应不小于95%。 6、颗粒过滤效率(PFE):口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。 7、压力差(Ap):口罩两侧面进行气体交换的压力差Ap应不大于49Pa/cm^2。 8、阻燃性能:口罩材料应采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于5s。 9、环氧乙烷残留量:采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。	2400	个
2	N95口罩(医用防护口罩)	1、符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》标准； 2、无菌折叠型 ,产品由口罩体，鼻夹和口罩带组成。口罩体最外层和最里层为无纺布，夹层为熔喷无纺布；口罩带为涤纶松紧带；鼻夹为金属铝条制成；产品以无菌形式提供。 3、鼻夹应具有可调节性；非油性颗粒过滤效率≥95%；环氧乙烷残留量不超过10μg/g 。 4、收到货时，有效期≥12个月。	300	个
3	一体式防护服	1、无菌、独立包装,收到货时，有效期≥3年； 2、液体阻隔功能:关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cmH_2O)。材料透湿量应不小于2500g/(m•d)。 3、防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa。 4、外侧面沾水等级应不低于3级的要求。 5、断裂伸长率:关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。	350	件

		6、关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于 70%。 7、抗静电性:带电量应不大于 0.6μC/件。 8、静电衰减性能:静电衰减时间不超过 0.5s。 9、环氧乙烷残留量:不超过 10μg/g。		
4	医用隔离面罩	1、全透明面屏，隔离防护，医用防护； 2、独立包装，双面防雾； 3、自带正反双面保护膜； 4、加厚弹力，记忆海绵，不挤压头部，拉伸不易变形； 5、规格：68cm*40cm*39cm 允差:±5% ； 6、收到货时，有效期≥20 个月。	300	个
5	医用隔离鞋套	1、尺寸：均码； 2、采用优质塑料膜制成，有足够的强度和阻隔性能； 3、橡筋松紧应自如,橡筋延伸率应不小于 50%。 4、鞋套应具一定的防水性能，无滴、漏水现象。 5、鞋套经 60℃高温后，应仍能正常使用。	1000	双
6	医用冰箱	1、有效容积：≥262 升，立式，外形尺寸（mm）（宽*深*高）：657*685*1665 允差:±5% ，可进入 70cm 的门 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度-10～-25℃可调；LED 温度数字显示，便于远距离观察；超温报警，断电记忆。 3、安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警. 4、外箱材料：采用冷轧钢板 5、内胆材料：采用 PS 吸附内胆，永不生锈。 6、制冷剂：无氟环保制冷剂 R404a 7、压缩机：采用高端压缩机 8、风机：采用高端冷凝风机 9、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。 10、抽屉 7 层或 7 层以上，储存更多，更容易区分。 11、开机延时保护功能。 12、宽电压带设计（187—242V）；脚轮设计，便于移动。 13、人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。 14、生产企业具有获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证，注册证上体现完整型号。	2	个
7	温显拉杆式保温箱	1、容积:60L；配冰袋 20 个。 2、环保食品级材质，纳米级泡沫内胆，多面发泡，聚氨酯泡沫隔热材质； 3、外壳聚丙烯； 4、大尺寸橡胶轮，坚固耐磨，拖动低噪音； 5、外尺寸 42cm*44cm*65cm 允差:±5% ， 内尺寸 52cm*34cm*32cm 允差:±5% ；	3	个

		6、双面软提手设计，有便携排水口和可视实时温度面板。		
8	医用自封袋 1	30 丝及以上，食品级 PE，双层密封夹胶条 14cm*20cm 允差:±5% 。	2000	个
9	医用自封袋 2	30 丝及以上，食品级 PE，双层密封夹胶条 17cm*25cm 允差:±5% 。	1000	个
10	医用自封袋 3	30 丝及以上，食品级 PE，双层密封夹胶条 20cm*30cm 允差:±5% 。	1000	个
11	工作服	1、材质：棉混纺（聚酯纤维 65%，棉 35%；耐酸碱）； 2、颜色：白色（松紧式袖口）； 3、规格：M/L； 4、适用工种：医疗卫生。	60	件
12	冷藏包	1、容积 30L； 2、耐磨防水； 3、有保温层； 4、易于清洗，可以折叠； 5、标配:冰袋 8 个，外部温显。 6、保冷温度:2～8℃。	5	个
13	三氯异氰脲酸粉	1、主要成分:三氯异氰脲酸钠粉 ； 2、含量:按有效氯（Cl）计算 30%； 3、用途:主要用于禽舍、畜栏、器具及种蛋等消毒钠粉； 4、包装规格:500g/瓶×20 瓶/件； 5、有效期:到货有效期 18 个月以上。	2	吨
14	戊二醛癸甲溴溶液	1、主要成分:戊二醛+癸甲溴铵溶液； 2、含量规格:100ml:戊二醛 5g+癸甲溴铵 5g； 3、作用和用途:消毒药。用于养殖场、公共场所、设备器械及种蛋等的消毒。 4、用法与用量:以本品计。临用前用水按一定比例稀释。喷洒:常规环境消毒 1:（2000-4000）稀释；疫病发生时环境消毒 1:铵溶液(500-1000）。浸泡:器械、设备等消毒 1:（1500-3000）。 5、包装规格:500ml/瓶×20 瓶/件。 6、有效期:到货有效期 18 个月以上。	3	吨

三、商务要求

（一）交货时间及地点

1、 交货时间：采购合同签订生效后 30 日内，完成供货、安装、调试及验收。

2、 交货地点：采购人指定地点。

（二）付款方法和条件

1、全部货物到达采购人指定地点并经货物接收单位对数量和包装验收合格后，成交供应商及时通知采购人，采购人组织对成交供应商供货区域进行实物到达核查、货物抽样送相关质量检测机构检验。核查检验符合规定后，成交供应商凭货物接受单位的验收单等凭证资料向采购人申请拨付货款，采购人收到凭证资料以后，向成交供应商核拨合同货款；样品送检，有负偏离，不合格，采购人不予付款，并追究成交供应商责任。

2、采购人收到合法有效完整的完税发票及凭证资料向成交供应商支付 100%货款。

（三）质保期

从采购人指定的使用单位对货物验收入库算起，质保期为产品标示的产品合格期（有效期）。

（四）验收标准

参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和产品响应的行业或国家治理标准的要求进行验收。

（五）其他要求

1、成交供应商需做好货物的安全保障工作，保障所提供的产品是合格安全的产品，一旦发现伪劣假冒产品或替代产品，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的一切损失。

2、报价产品制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

3、成交供应商应提供售后技术跟踪服务，如出现质量问题和采购人遇到问题 2 小时内响应，并提出解决方法，对电话不能解决的需派遣专家团队到现场指导、培训、解决问题，并向采购人提交问题处理报告，说明问题原因、问题解决中造成的一切损失由成交供应商自行负责。

4、供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门的服务电话。

5、供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权(**应在响应文件中提供承诺函，格式自拟**)。

注意：1.以上技术要求、商务要求为本次谈判采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离。

2. 本章所包含的全部采购需求，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。